



ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน  
๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการ เครื่องซักผ้าแบบ  
อุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของ  
งานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตาม  
รายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการ เครื่อง	จำนวน	๑	เครื่อง
ซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาด ๒๐๐			
ปอนด์			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน  
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้  
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสุรินทร์ ณ วัน  
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ  
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๓ ระหว่างเวลา .....๐๘.๓๐..... น. ถึง .....๑๖.๓๐..... น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.prasathsp.com](http://www.prasathsp.com) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๕๕๑๒๙๕ ต่อ ๑๒๖๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมภพ สารนางกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  
หน่วยงาน โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๒. วงเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ราคาต่อหน่วย ครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการ  
๑) เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
  - ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์เฮลท์แคร์ ๑๔๔/๒๐๐ ซอยเคหะร่มเกล้า ๖๐ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
  - ๔.๒ บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด ๒๗/๓ ซอยเย็นอากาศ ๒ ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
  - ๔.๓ บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เซอจิคอล จำกัด ๑/๓๔๓ ซอยพุทธบูชา ๓๖ แยก ๑ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง

๕.๑.....  ..... ประธานกรรมการ


(นางเกศินี ทุนดี)

นายแพทย์ชำนาญการ

๕.๒.....  ..... กรรมการ

(นางสาวจิตรวี เล็กอุตากร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๕.๓.....  ..... กรรมการ


(นางจรัสศรี พระไวย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

**คุณลักษณะเฉพาะ**  
**เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์**

---

1. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับซักสัลดผ้าของโรงพยาบาล
2. คุณลักษณะทั่วไป
  - 2.1 เป็นเครื่องซักสัลดผ้าอัตโนมัติและเลือกการทำงานแบบ Manual ได้
  - 2.2 สามารถซักสัลดผ้าได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์
  - 2.3 ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลท์ 50 เฮิร์ต 3 เฟส
3. คุณสมบัติทางเทคนิค
  - 3.1 ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ ไมโครคอมพิวเตอร์ หรือ PLC
  - 3.2 หน้าจอแสดงและควบคุมการทำงานเป็นแบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) ที่มองเห็นชัดเจน
  - 3.3 หน้าจอแสดงข้อความในแต่ละขั้นตอนการทำงานเช่น เติมน้ำ , ซักผ้า , ปั่นแห้ง เป็นอย่างน้อย
  - 3.4 ถังหรือที่บรรจุผ้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1168 มิลลิเมตร และมีความลึก ไม่น้อยกว่า 812 มิลลิเมตร ทำด้วย stainless steel
  - 3.5 มีโปรแกรมการซักผ้าไม่น้อยกว่า 30 โปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ได้
  - 3.6 มีใช้ค้อพด้านหน้าและด้านหลัง และมีสปริง สำหรับลดแรงสั่นสะเทือน
  - 3.7 มีระบบความปลอดภัยแบบ Over-shock switch สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องผิดปกติ
  - 3.8 มีระบบ Inverter สำหรับควบคุมมอเตอร์ พร้อมมีหน้าจอ LED แสดงข้อมูล และควบคุมการทำงาน
  - 3.9 มีมอเตอร์ (Motor Power) ในการใช้งานมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า
  - 3.10 ขณะใช้งานเครื่องไม่สามารถเปิดประตูออกได้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีระบบล๊อคประตูควบคุมโดยระบบแรงลม
  - 3.11 มีความเร็วรอบในการซักไม่น้อยกว่า 35 รอบต่อนาที
  - 3.12 ความเร็วรอบในการสัลดผ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 700 รอบต่อนาที
  - 3.13 ตะกร้าบรรจุผ้าทำด้วย Stainless steel
  - 3.14 มีช่องใส่สารเคมีซักฟอกไม่น้อยกว่า 5 ช่อง ใช้ได้ทั้งชนิดน้ำและชนิดผง
4. เงื่อนไขเฉพาะ
  - 4.1 ผู้ขายต้องรับประกันเครื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี
  - 4.2 ในระยะประกันต้องทำการตรวจเช็คสภาพและการทำงานของเครื่องอย่างน้อย 2 ครั้ง นับแต่วันติดตั้งใช้งาน หากเกิดขัดข้องใด ๆ จากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

  
.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ



4.3 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001,ISO14001,ISO13485 พร้อมมีเอกสารแนบแสดงในวันที่เสนอราคาและได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยที่เอกสารยังไม่หมดอายุ

- 4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต
- 4.5 มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 4.6 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 4.7 ผู้ขายต้องปรับปรุงฐานเพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าให้กับโรงพยาบาล
- 4.8 ผู้ขายต้องติดตั้งท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าต้องเป็นท่อเหล็กทนความร้อนเพื่อปล่อยลงสู่ที่พักน้ำเสีย
- 4.9 ผู้ขายต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องให้สามารถพร้อมใช้งาน
- 4.10 มีชุดเครื่องมือช่างสำหรับบำรุงรักษาเครื่องที่สามารถใช้กับเครื่องที่ติดตั้งได้
- 4.11 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาไม่น้อยกว่า 2 ชุด

\*\*\*\*\*

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ