



ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการ เต็มผู้ป่วยชนิดสามไกรราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ
จำนวน ๒๖ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการ เต็มผู้ป่วยชนิดสามไกรราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๒๖ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการ เต็มผู้ ป่วยชนิดสามไกรราวสไลด์พร้อมเบาะ และเสาน้ำเกลือ	จำนวน	๒๖	หลัง
--	-------	----	------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสุรินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prasathsp.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๕๕๑๒๙๕ ต่อ ๑๒๖๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมภพ สารวานงกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๒. วงเงิน ๗๐๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ราคาต่อหน่วย ครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการ
 - ๑) เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๒๖ หลัง ราคาต่อหลัง ๒๗,๐๐๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.แพร์มาร์เก็ตติ้ง ๓๐๘/๑๓ ถ.น้ำทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ ๕๕๐๐๐
 - ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์นเมด ซีพพลาย ๔๐๑ ม.๗ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐
 - ๔.๓ บริษัท หวังดีวัฒนา จำกัด ๓๘ ซอยบางขุนเทียน ๑๖ แขวงสามเต้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางอ้างอิง

๕.๑..... ประธานกรรมการ

(นางดรุณี มานูจำ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๒..... กรรมการ

(นางสิริวรรณ สายรัตน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๓..... กรรมการ

(นางจรัสศรี พระไวย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วยชนิดสามเกรราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

1. ความต้องการ

เป็นเตียงผู้ป่วยสามเกรราว สแตนเลส 2 ตอน ชนิด 3 เกรราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล

3. คุณลักษณะเฉพาะของเตียง

3.1 โครงสร้างของเตียงทำจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5x1/2 นิ้ว เคลือบสีไม่เป็นสนิม มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ความสูงรวมล้อไม่เกิน 47 ซม. ไม่รวมที่นอน สูงสุดไม่น้อยกว่า 75 ซม.

3.2 คานเตียงทำด้วยเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5x1/2 นิ้ว เคลือบสี ปลอดภัย

3.3 พื้นเตียงทำด้วยเหล็กพับขึ้นรูปพอดีกับเบาะที่นอนแบ่งออกเป็น 4 ตอน ตลอดทั้ง 4 ตอนมีรูระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 มม. เพื่อช่วยให้มีการระบายอากาศที่ดี มีความแข็งแรง ทนทาน

3.4 หัวท้ายทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขอบมนโค้งมีช่องจับเซ็น 3 ช่อง มีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สามารถถอดเข้า-ออกได้ ขนาดช่องจับเซ็น ทั้ง 2 ข้างเพื่อจับเซ็น ปลายเตียงทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขอบมนโค้งมีช่องจับเซ็น 3 ช่อง มีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร สามารถถอดเข้า-ออกได้ ขนาดช่องจับเซ็น ทั้ง 2 ข้างเพื่อจับเซ็น

3.5 ราวกันเตียงทำจากสแตนเลส แบบ 2 ตอน จำนวน 4 ชุด/เตียง โดยมีระบบปลดล็อคแบบสลักตึง ด้านข้าง เก็บในที่มิดชิดไม่ก่อเกิดอันตรายต่อผู้ใช้และสามารถซ่อมบำรุงรักษาได้สะดวก ราวเตียงทั้ง 2 ข้าง มีทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 18 ซี ระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ความสูงของราวไม่น้อย สูง 46 เซนติเมตร

3.6 โถงหมอนเตียง ปรับระดับเตียงโดยใช้โถงหมอน ปรับระดับได้ 3 ระดับ ดังนี้

3.6.1.ปรับระดับเอนหลังไม่น้อยกว่า 0-75 องศา

3.6.2.ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงได้ไม่น้อยกว่า 0-35 องศา

3.6.3.ปรับระดับสูงต่ำขึ้นลงได้ไม่น้อยกว่า 47-75 ซม.

3.7 ที่นอนป้องกันแผลกดทับ มาตรฐาน CE และ ISO 13485 หุ้มด้วยผ้าสามารถกันน้ำได้ 1 ชุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลการทดสอบการติดไฟได้ตามมาตรฐาน BS EN 597-1, BS EN 597-2

3.8 เสาน้ำเกลือ ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้

3.9 มีตะขอสำหรับแขวนถุงปัสสาวะทั้ง 2 ข้าง พื้นเตียงมีที่เก็บของได้

3.10 ล้อ BK แกน จำนวน 4 ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว มีระบบห้ามล้อ 4 ล้อ เป็นล้ออย่างดี ทำด้วยเหล็ก หนาชุบโครเมียมไม่เป็นสนิม ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

3.11 เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบของครบ

2/4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่...

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตไม่น้อยกว่า Medical Devices EN ISO14971:2012,EN ISO 15223-1:2016,EN 1041:2008,EN60601-1:2006/A1:2013,EN60601-1-2:2015,EN 60601-2-52-2010 และ ISO9001:2015, ISO13485:2016, USA FDA (เอกสารยืนยัน)

4.3 ผู้เสนอราคา ต้องนำผลิตภัณฑ์มาสาธิตและทดลองใช้ที่หน่วยโรงพยาบาลในวันพิจารณา

4.4 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการและมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ